




وزارة الطاقة والثروة المعدنية
عطاء رقم (19/ع/لوازم/2025)

عطاء توريد وتركيب وتشغيل جهاز مسخن كهربائي مخبري
(Laboratory Hot Plate)

2025

الشروط العامة للعطاء رقم (19/ع/لوازم/2025)

1. يعتبر تقديم عرض المناقص بأنه مطلع ومتفهم وملتزم بجميع مواد وتعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ووثائق دعوة العطاء.
2. يرفق بالعرض تأمين للدخول في العطاء على شكل كفالة بنكية (مرفق صورة عنها للالتزام) أو شيك مصدق صادرة / صادر عن بنك محلي بنسبة لا تقل عن (3%) من قيمة العرض الإجمالية وسوف لن ينظر في أي عرض غير معزز بالتأمين المطلوب.
3. يلتزم المناقص أن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول لمدة لا تقل عن (90) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وأن تكون مدة سريان الكفالة تغطي مدة سريان العرض وبخلاف ذلك للجنة الشراء الرئيسية /لوازم الحق في استبعاد العرض المقدم .
4. يعتبر صدور قرار الإحالة المبدئي وإشعار المناقص به ملزماً له.
5. يجب أن تكون المواصفات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشكل جيد مع بيان السعر الافراضي والإجمالي وفترة التسليم وبلد المنشأ والاسم التجاري والطرز (MODEL) واسم الشركة الصانعة ورافاق الكتالوجات مع العروض.
6. يجب أن يكون المناقص من ذوي الاختصاص وإرفاق صورة عن رخصة المهن سارية المفعول والسجل التجاري وتبين وبشكل واضح عنوانها الدائم (الموقع البريد الالكتروني/ الهاتف/ الفاكس...) ومشترك بنظام الفوترة الالكتروني .
7. تقدم الأسعار بالدينار الأردني، بحيث تكون الأسعار شاملة التوريد والتشغيل والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى وأية عوائد حكومية أو غير حكومية.
8. يلتزم المتعهد بدفع رسوم الطوابع المستحقة بعد تبلغ قرار الإحالة وقبل توقيع أمر الشراء .
9. يلتزم المتعهد بتقديم تأمين حسن تنفيذ على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة / صادر عن بنك محلي بنسبة (10%) من قيمة اللوازم المحالة عليه بعد تبلغ قرار الإحالة وقبل توقيع أمر الشراء.
10. يلتزم المتعهد بأن تكون اللوازم الموردة جديدة (100%) أصلية وخالية من أي عيوب في الصنع أو في المادة ومن طراز حديث.
11. يلتزم المتعهد بتقديم تأمين صيانة بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة اللوازم المحالة عليه لمدة سنتين على الأقل من تاريخ الاستلام النهائي.
12. يلتزم المتعهد بالصيانة المجانية لمدة سنتين على الأقل .
13. يلتزم المتعهد بتقديم جميع الضمانات باسم معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة لوظيفته وتثبيت اسمه ورقم العطاء مع بيان نوع التأمين.
14. توريد الجهاز خلال شهرين من تاريخ توقيع امر الشراء
15. تفرض غرامات التأخير وفقاً لنظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 وتحسب بواقع (10) ديناراً عن كل يوم تأخير وبما لا يزيد عن (15%) من قيمة الاحالة.
16. يعتبر صدور قرار الاحالة المبدئي واشعار المناقص به ملزماً له.
17. يتم دفع ثمن اللوازم بعد التوريد والتشغيل وتقديم مطالبة مالية والاستلام النهائي
18. في حالة تقصير المتعهد أو عدم إيفائه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب قرار الإحالة يحق للجنة الشراء الرئيسية لوازم مصادرة تأمين حسن التنفيذ كلياً أو جزئياً والشراء على حسابه وتحمله فروق الأسعار بالإضافة الى ما ورد في البند (15).
19. يحق للجنة الشراء الرئيسية / لوازم إهمال أي عرض مخالفاً للشروط و/ أو المواصفات الواردة بدعوة العطاء .
20. يحق للجنة الشراء الرئيسية / لوازم الغاء دعوة العطاء أو أي بند من بنوده أو قرار الاحالة أو اعادة الطرح في أي وقت أو أي مرحلة دون بيان الاسباب ما لم يكن المتعهد قد تبلغ امر الشراء وقرار الاحالة.
21. يحق للجنة الشراء الرئيسية / لوازم زيادة أو انقاص الكميات المطلوبة قبل الاحالة دون الرجوع الى المناقص أو بعد الاحالة بموافقة المتعهد الخطية.
22. يحق للمناقص تقديم البدائل ضمن العرض الفني.
23. تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات لسنة 2022 والشروط العامة والخاصة وتكون ملزمة للمناقصين.

مسخن كهربائي مخبري Laboratory Hot Plate			
No.	Features:	Compliance	Non-Compliance
1	Digital Temperature controlling الحرارة	التحكم الرقمي في درجة الحرارة	
2	Plate material (teflon coated) provided ALL the following acid resistance features (HF,HClO ₄ ,HCl,HNO ₃) and corrosion resistance features . أن تكون مادة صفيحة التسخين مغطاة بالتفلون و مقاومة لجميع الاحماض التالية : (HF,HClO ₄ ,HCl,HNO ₃) , ومقاومة للتآكل		
3	Temperature uniformity along the heating plate أن تكون درجة الحرارة متجانسة في جميع أجزاء صفيحة التسخين		
4	MAX. Temperature (300-370)°C درجة مئوية	درجة الحرارة العظمى (300-370)	
5	Power supply for the instrument: 230 V AC, 50Hz مصدر الطاقة للجهاز: 230 فولت تيار متردد، 50 هرتز		
6	Plate dimensions : أبعاد صفيحة التسخين	Length : (500-600) mm ملم	الطول : (600-500) ملم
		Width : (350-400) mm ملم	العرض : (400-350) ملم

*التزام المورد بتوفير توصيلة كهربائية طويلة (2) متر تتناسب مع قدرة الجهاز الكهربائية
* ضرورة التزام الشركات المقدمة بتعبئة نموذج المطابقة في الجدول أعلاه

م. ٥٤-٢٥٢٢

1. نموذج تأمين حسن التنفيذ

[ترويسة البنك]

السادة: [أدخل اسم الجهة المستفيدة].

التاريخ: [أدخل تاريخ إصدار الكفالة].

تاريخ الاستحقاق: [أدخل تاريخ الاستحقاق].

رقم الكفالة: [أدخل رقم الكفالة].

تحية وبعد،،،

يكفل بنك [أدخل اسم الجهة البنك]، فرع [أدخل اسم الفرع] السادة / المتعهد: [أدخل اسم المتعهد].
بمبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام]. ديناراً أردنياً فقط [أدخل المبلغ بالكلمات].
وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الاحالة رقم: [أدخل رقم العقد]، الخاص بالمناقصة رقم: [أدخل اسم
المناقصة]، والمتعلق بتوريد: [أدخل وصفا موجزا للوازم].

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية: [أدخل التاريخ].

ويتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة أو بدفع قيمتها إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالتمديد أو
الدفع، وذلك خلال فترة سريانها، ولا تلغى هذه الكفالة خلال فترة سريانها إلا بكتاب رسمي من [أدخل اسم الجهة
المستفيدة].

وفي حال تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها [أدخل اسم الجهة المستفيدة] عند الطلب، فإن البنك
يفوض محافظ البنك المركزي بناءً على طلب [أدخل اسم الجهة المستفيدة] قيدها على حسابه الجاري لدى البنك
المركزي ولحساب الخزينة.

اسم الممثل المفوض للبنك: [أدخل اسم الممثل المفوض للبنك].

توقيع الممثل المفوض: [أدخل توقيع الممثل المفوض للبنك].

وظيفة الممثل المفوض: [أدخل وظيفة الممثل المفوض للبنك].

[ملاحظة: لا يقبل أي شرط يعيق التمديد والدفع، ولن تقبل الكفالة التي تتضمن مثل هذا الشرط]

3. نموذج تأمين الصيانة (كفالة بنكية)

[ترويسة البنك]

السادة: [أدخل اسم الجهة المستفيدة].
التاريخ: [أدخل تاريخ إصدار الكفالة].
تاريخ الاستحقاق: [أدخل تاريخ الاستحقاق].
رقم الكفالة: [أدخل رقم الكفالة].

تحية وبعد،،،

يكفل بنك [أدخل اسم الجهة البنك]، فرع [أدخل اسم الفرع] السادة / المتعهد: [أدخل اسم المتعهد].
بمبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام]. ديناراً أردنياً فقط [أدخل المبلغ بالكلمات].
وذلك تأميناً لصيانة اللوازم المتعاقد عليها مع المتعهد المذكور بموجب عقد [أدخل اسم ورقم العقد]، والمتعلق
بتوريد: [أدخل وصفا موجزا للوازم المحالة].

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية: [أدخل التاريخ]. وتجدد تلقائياً ولا تلغى

إلا بكتاب رسمي من [أدخل اسم الجهة المستفيدة].

ويتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة أو بدفع قيمتها إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالتمديد أو
الدفع رغم أية معارضة من قبل المتعهد، وذلك خلال فترة سريانها، ولا تلغى هذه الكفالة خلال فترة سريانها إلا بكتاب
رسمي من [أدخل اسم الجهة المستفيدة].

اسم الممثل المفوض للبنك: [أدخل اسم الممثل المفوض للبنك].

توقيع الممثل المفوض: [أدخل توقيع الممثل المفوض للبنك].

وظيفة الممثل المفوض: [أدخل وظيفة الممثل المفوض للبنك].

[ملاحظة: لا يقبل أي شرط يعيق التمديد والدفع، ولن تقبل الكفالة التي تتضمن مثل هذا الشرط]

البنك :

سند كفالة دخول العطاء

السادة وزارة الطاقة والثروة المعدنية

التاريخ : ____ / ____ / 202م

تاريخ الاستحقاق : ____ / ____ / 202م

رقم الكفالة : (_____)

تحية طيبة وبعد،،،

يكفل البنك _____ فرع _____

السادة / المناقص _____

بمبلغ (_____) دينار فقط _____

لمدة _____

وذلك ضماناً لدخول العطاء رقم (_____)

الخاص بشراء (_____)

ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغطي مدة سريان العرض وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزءٍ منها عند أول مطالبة خطية منكم بالتمديد أو الدفع، وذلك خلال فترة سريانها، علماً بأن أي مطالبة ترد الى البنك يجب أن تكون في/أو قبل موعد استحقاقها وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها.

• لا تقبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية أي شرط يعيق التمديد و الدفع وترفض أي كفالة تتضمن مثل هذا الشرط.

ملخص العرض المقدم

الملاحظات	السعر	البند
		عطاء شراء جهاز مسخن كهربائي مخبري (Laboratory Hot Plate)
		نسبة الخصم
		السعر الاجمالي شامل كافة الضرائب والرسوم